

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów urządzenia

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętu umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów wyposażenia

Lp.	Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym (Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2)	Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie

1	<u>Skaner Wewnętrzny</u> - długość skanera max.: 265 mm - maksymalna waga: 280 g - skanowany obszar min.: 13 x 11 mm - technologia pozyskiwania obrazu 3D: 3D in motion video technology - kolory: 3D full color streaming capture - interfejs USB min: USB 3.0 - jeden przycisk sterujący funkcjami start/stop skanowanie, zmiana parametrów skanowania. - błąd dokładności skanowania in vivo pojedynczy ząb max.: 10 µm - błąd dokładności skanowania in vivo ćwiartka max.: 25 µm - błąd dokładności skanowania in vivo cały łuk max.: 50 µm - możliwość wykorzystania skanera jak kamery wewnętrznej / lub / - możliwość pozyskiwania zdjęć 2D - oprogramowanie w cenie skanera bez dodatkowych opłat licencyjnych - nie wymaga użycia powłok antyrefleksyjnych na skanowanych obiektach - możliwość blokowania obszaru przed ponownym skanowaniem - możliwość analizy złożenia zgryzu - możliwość analizy podcieni - gwarancja 12 miesięcy - możliwość zmiany rozdzielczości HD i SD - końcówki wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji końcówek - możliwość zapisu pracy w plikach STL i OBJ	tak/ nie* **
---	---	---------------------------------

.....
(pieczęć i podpis osób/y uprawnionych do
Składania oświadczeń woli)

.....dnia.....2021 r